

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/legalizacja/r15177510371,Cisnieniomierz-sprezynowy.ht
ml
06.05.2024, 09:22

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Ciśnieniomierz sprężynowy](#)

Wielkość mierzona
[Ciśnienie](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

[Wydział Legalizacji](#)

[Wydział Zamiejscowy we Włocławku](#)

[Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[nie](#)

Miejsce wykonania czynności
W siedzibie Urzędu

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/OUM81/03 „Przyrządy do pomiaru ciśnienia”

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM83/02 „Ciśnieniomierze”

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM8/10 „Ciśnieniomierze”

Zakres pomiarowy

Laboratorium Długości i Termometrii: do 250 MPa

Wydział Legalizacji: do 1,2 MPa

Wydział Zamiejscowy we Włocławku: do 6 MPa

Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu: do 6 MPa

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.