

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/legalizacja/r26594,Cisnieniomierz-elektroniczny.html>
06.05.2024, 04:13

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Ciśnieniomierz elektroniczny](#)

Wielkość mierzona

[Ciśnienie](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

[Wydział Legalizacji](#)

[Wydział Zamiejscowy we Włocławku](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[nie](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Możliwość adiustacji

[nie](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM81/03 „Przyrządy do pomiaru ciśnienia”

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM83/02 „Ciśnieniomierze”

Zakres pomiarowy

Laboratorium Długości i Termometrii: do 250 MPa

Wydział Legalizacji: do 1,2 MPa

Wydział Zamiejscowy we Włocławku: do 6 MPa

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.