

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/legalizacja/r5111395957494,Cisnieniomierz-elektroniczny.a.html>
11.04.2026, 07:04

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Ciśnieniomierz elektroniczny](#)

Wielkość mierzona
[Ciśnienie](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/LW1/08 „Ciśnieniomierze”

Zakres pomiarowy
ciśnienie względne (gaz): $(-0,05 \div 250)$ MPa
ciśnienie względne (ciecz): $(0,02 \div 250)$ MPa

Stwierdzenie zgodności
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe