

# Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/legalizacja/r9232574975,Cisnieniomierz-sprezynowy.ht>  
ml  
06.05.2024, 07:12

---

## Array

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy  
[Ciśnieniomierz sprężynowy](#)

Wielkość mierzona  
[Ciśnienie](#)

Komórka realizująca czynności  
[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji  
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności  
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji  
[nie](#)

Koszt wzorcowania  
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena netto:

Punkty pomiarowe  
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa  
Instrukcja Wzorcowania IW/LW1/08 „Ciśnieniomierze”

Zakres pomiarowy  
ciśnienie względne (gaz):  $(-0,05 \div 250)$  MPa  
ciśnienie względne (ciecz):  $(0,02 \div 250)$  MPa

Stwierdzenie zgodności  
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe