

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r11513887563,Miernik-pradu-przemienego-cyfrowy.html>
17.04.2024, 05:37

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Miernik prądu przemienego cyfrowy](#)

Wielkość mierzona
[Wielkości elektryczne](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Elektryczności](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena netto:

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/02 „Multimetry cyfrowe”

Zakres pomiarowy
10 Hz ÷ 5 kHz
10 μA ÷ 20 A

Mierniki cęgowe:

50 kHz
(0,02 ÷ 1000) A

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe