

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r12281284642136,Pehametr-wzorcowanie-metoda-z-zastosowaniem-materialow-odniesienia.html>
01.05.2024, 01:52

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Pehametr \(wzorcowanie metodą z zastosowaniem materiałów odniesienia\)](#)

Wielkość mierzona

[pH](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Elektryczności](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[tak](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji

[tak](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/19 „Elektrody pehametryczne i pehametry wzorcowane z zastosowaniem materiałów odniesienia”

Zakres pomiarowy

pH: 1,00 ÷ 13,00

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe