

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r18646113797,Termometr-manometryczny.html>
03.05.2024, 22:55

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Termometr manometryczny](#)

Wielkość mierzona

[Temperatura i wilgotność względna](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[nie](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Możliwość adiustacji

[nie](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe

Konieczność wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/L1/06 „Termometry manometryczne”

Zakres pomiarowy

W siedzibie urzędu: (-25 ÷ 250) °C

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego: (0 ÷ 100) °C

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe