

# Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r19751179,Worzec-masy-25-kga.html>  
02.05.2024, 01:05

---

## Array

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy  
[Worzec masy 25 kg](#)

Wielkość mierzona  
[Masa](#)

Komórka realizująca czynności  
[Laboratorium Masy](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji  
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności  
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji  
[tak](#)

Koszt wzorcowania  
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe  
Wartość nominalna wzorca

Metoda pomiarowa  
Instrukcja Wzorcowania IW/LW2/02 „Wzorce masy”

Zalecenie międzynarodowe OIML R 111-1 OIML R 111-1 „Weights of classes E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, M<sub>1</sub>, M<sub>1-2</sub>, M<sub>2</sub>, M<sub>2-3</sub> and M<sub>3</sub> Part 1: Metrological and technical requirements” (wydanie 2004)

Zakres pomiarowy  
25 kg

Stwierdzenie zgodności  
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest zgodnie z pkt. 5 Zalecenia międzynarodowego OIML R

111-1 OIML R 111-1 „Weights of classes E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, M<sub>1</sub>, M<sub>1-2</sub>, M<sub>2</sub>, M<sub>2-3</sub> and M<sub>3</sub> Part 1: Metrological and technical requirements” (wydanie 2004)

Informacje dodatkowe