

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r25547171859,Miernik-pradu-przemienego-analogowy.html>
19.04.2024, 21:23

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Miernik prądu przemiennego analogowy](#)

Wielkość mierzona

[Wielkości elektryczne](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Elektryczności](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[tak](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji

[nie](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena netto:

Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/18 „Mierniki analogowe do pomiaru napięcia i prądu”

Zakres pomiarowy

10 Hz ÷ 5 kHz

10 μA ÷ 20 A

Mierniki cęgowe:

50 kHz

(0,02 ÷ 1000) A

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe