

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r46137748100284,Wzorzec-masy-klasy-dokladnosci-F2.html>
01.05.2024, 12:42

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Wzorzec masy klasy dokładności F2](#)

Wielkość mierzona
[Masa](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Masy](#)

[Wydział Legalizacji](#)

[Wydział Zamiejscowy w Toruniu](#)

[Wydział Zamiejscowy we Włocławku](#)

[Wydział Zamiejscowy w Brodnicy](#)

[Wydział Zamiejscowy w Inowrocławiu](#)

[Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[nie](#)

Miejsce wykonania czynności
W siedzibie urzędu

Możliwość adiustacji
[tak](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe
Wartość nominalna wzorca

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/OUM8/06 „Wzorce masy”

Zakres pomiarowy

1 mg

2 mg

5 mg

10 mg

20 mg

50 mg

100 mg

200 mg

500 mg

1 g

2 g

5 g

10 g

20 g

50 g

100 g

200 g

500 g

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

20 kg

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest zgodnie z pkt. 5 Zalecenia międzynarodowego OIML R 111-1 OIML R 111-1 „Weights of classes E₁, E₂, F₁, F₂, M₁, M₁₋₂, M₂, M₂₋₃ and M₃ Part 1: Metrological and technical requirements” (wydanie 2004)

Informacje dodatkowe