

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Średnicówka z czujnikiem](#)

Wielkość mierzona
[Długość](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[nie](#)

Miejsce wykonania czynności
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/WT-L1/26 „Średnicówka z czujnikiem”

Zakres pomiarowy
(0 ÷ 200) mm

Stwierdzenie zgodności
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe