

# Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r5445079595,Wskaznik-miernik-temperatury.html>  
29.04.2024, 10:47

---

## Array

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Wskaźnik \(miernik\) temperatury](#)

Wielkość mierzona

[Elektryczna symulacja wielkości](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Elektryczności](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[tak](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji

[nie](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/04 „Wskaźniki temperatury”

Zakres pomiarowy

Termopara: (-270 ÷ 1820) °C

Rezystancyjne: (-200 ÷ 850) °C

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę

podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe