

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Twardościomierz Brinella](#)

Wielkość mierzona
[Twardość](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Masy](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[nie](#)

Miejsce wykonania czynności
W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/WT-L2/05 „Twardościomierze Rockwella Brinella i Vickersa”

Zakres pomiarowy
(200 ÷ 500) HBW

Stwierdzenie zgodności
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.