

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r588272237522,Twardosciomierz-Brinella-Vickersa.html
03.05.2024, 14:33

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Twardościomierz Brinella - Vickersa](#)

Wielkość mierzona
[Twardość](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Masy](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[nie](#)

Miejsce wykonania czynności
W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/WT-L2/05 „Twardościomierze Rockwella Brinella i Vickersa”

Zakres pomiarowy
(200 ÷ 500) HBW

(1 ÷ 3000) HV

Stwierdzenie zgodności
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.