

## Array

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy  
[Higrometr](#)

Wielkość mierzona  
[Temperatura i wilgotność względna](#)

Komórka realizująca czynności  
[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji  
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności  
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji  
[nie](#)

Koszt wzorcowania  
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena netto:

Punkty pomiarowe  
Konieczność wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa  
Instrukcja Wzorcowania IW/LW1/15 „Przyrządy do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza”

Zakres pomiarowy  
przy temperaturze 10 °C

(50 ÷ 85) rh %

przy temperaturze (20 ÷ 23) °C

(20 ÷ 85) rh %

przy temperaturze 40 °C

(20 ÷ 60) rh %

#### **Stwierdzenie zgodności**

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

#### **Informacje dodatkowe**