

## Array

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy  
[Termometr elektryczny](#)

Wielkość mierzona  
[Temperatura i wilgotność względna](#)

Komórka realizująca czynności  
[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji  
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności  
W siedzibie Urzędu

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Możliwość adiustacji  
[nie](#)

Koszt wzorcowania  
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe  
Konieczność wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa  
Instrukcja Wzorcowania IW/LW1/07 „Termometry elektryczne”

Zakres pomiarowy  
W siedzibie urzędu: (-80 ÷ 250) °C

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego: (0 ÷ 100) °C - poza zakresem akredytacji

Stwierdzenie zgodności  
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę

podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe