

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r743257589,Maszyna-wytrzymalosciowa.html>
25.04.2024, 17:19

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Maszyna wytrzymałościowa](#)

Wielkość mierzona
[Siła](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Masy](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[nie](#)

Miejsce wykonania czynności
W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena netto:

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/WT-L2/04 „Maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych”

Zakres pomiarowy
dla sił ściskających od 0,1 N do 5 MN

dla sił rozciągających od 0,1 N do 1 MN

Stwierdzenie zgodności
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.