

# Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r7893914,Miernik-rezystancji-izolacji-cyfrowy.html>  
27.04.2024, 19:20

---

## Array

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy  
[Miernik rezystancji izolacji cyfrowy](#)

Wielkość mierzona  
[Wielkości elektryczne](#)

Komórka realizująca czynności  
[Laboratorium Elektryczności](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji  
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności  
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji  
[nie](#)

Koszt wzorcowania  
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe  
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa  
Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/05 „Mierniki rezystancji izolacji i ciągłości obwodu”

Zakres pomiarowy  
10 kΩ ÷ 100 GΩ

Stwierdzenie zgodności  
Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe