

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r8826075401271,Plytka-wzorcowe-stalowa-z-nakladkami-ceramicznymi.html>
20.04.2024, 09:06

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Płytkę wzorcowa stalowa z nakładkami ceramicznymi](#)

Wielkość mierzona

[Długość](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[nie](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji

[nie](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW1/05 „Płytki wzorcowe”

Zakres pomiarowy

do 100 mm

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest zgodnie z zasadą podejmowania decyzji opartą na prostej akceptacji, opisaną w dokumencie GUIDE 98-4 "Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment".

Klient ma prawo wskazać inną zasadę podejmowania decyzji. W takiej sytuacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe