

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r88654663,Termometr-szklany-cieczowy.html>
03.05.2024, 12:41

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy

[Termometr szklany cieczowy](#)

Wielkość mierzona

[Temperatura i wilgotność względna](#)

Komórka realizująca czynności

[Laboratorium Długości i Termometrii](#)

[Wydział Zamiejscowy we Włocławku](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji

[tak](#)

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji

[nie](#)

Koszt wzorcowania

[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena:

Punkty pomiarowe

Konieczność wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW1/06 „Termometry szklane cieczowe”

Zakres pomiarowy

Laboratorium Długości i Termometrii: (-50 ÷ 250) °C

Pracownia Temperatury we Włocławku: (-40 ÷ 360) °C

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe