

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r98009,Miernik-napiecia-przemienego-cyfrowy.html>
20.04.2024, 07:39

Array

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy
[Miernik napięcia przemiennego cyfrowy](#)

Wielkość mierzona
[Wielkości elektryczne](#)

Komórka realizująca czynności
[Laboratorium Elektryczności](#)

Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
[tak](#)

Miejsce wykonania czynności
W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
[nie](#)

Koszt wzorcowania
[Cennik za wzorcowanie przyrządów pomiarowych](#)

Cena netto:

Punkty pomiarowe
Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa
Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/02 „Multimetry cyfrowe”

Zakres pomiarowy
10 Hz ÷ 33 kHz
10 mV ÷ 1000 V

(30 ÷ 100) kHz
10 mV ÷ 750 V

(100 ÷ 330) kHz
1 mV ÷ 100 V

(30 ÷ 100) kHz
10 mV ÷ 100 V

300 kHz ÷ 1 MHz
1 V ÷ 10 V

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe